

Akreditovaná kalibrace 1-8 vstupů měřicí ústředny MS

Kód: SLU004



Kalibrační list 1-8 vstupů měřicí ústředny MS vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří.

Kalibrační list je vydáván kalibrační laboratoří, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Akreditovaná kalibrace je zajišťována externí kalibrační laboratoří.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

Technická data