

Akreditovaná kalibrace atmosférického tlaku

Kód: SLU006



Kalibrační list atmosférického tlaku vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří.

Kalibrační list je vydáván kalibrační laboratoří, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Akreditovaná kalibrace atmosférického tlaku je zajišťována externí kalibrační laboratoří a je standardně prováděna v 5 bodech, které lze libovolně specifikovat.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

Technická data