

## Akreditovaná kalibrace CO<sub>2</sub>

Kód: SLU015



Kalibrační list CO<sub>2</sub> vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří.

Kalibrační list je vydáván kalibrační laboratoří, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Akreditovaná kalibrace CO<sub>2</sub> je zajišťována externí kalibrační laboratoří.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

### Technická data